

**EBYSOS**[®]

SERVICIOS ANALITICOS, CONSULTORIA TECNICA

REPORTE DE RESULTADOS ANALÍTICOS No. 35421-RM§ **CLIENTE:** BIORGÁNICOS ROBECH, S DE R.L. DE C.V.§ **DOMICILIO:** Lago Zumpango 166#67 Cumbres del Lago, Querétaro, Qro. 76230§ **MUESTRA:** EXMICROR**No. LOTE:** 0000010§ **FECHA DE RECEPCIÓN:** 01.07.14**CÓDIGO:** ES-0112§ **FECHA DE ANÁLISIS :** 16.07.14**Req. Anal. No.:** 11763§ **FECHA DE EMISIÓN :** 25.07.14**CONDICIONES DE ENSAYO:****Concentración de la muestra: Directo****RESULTADOS**
Tiempo de contacto

Microorganismo	Origen	Concentración microbiana (UFC/mL)	30 seg.
<u><i>Pseudomonas aeruginosa:</i></u>	ATCC 9027	94 x10 ⁸	99,999%
<u><i>Salmonella enterica Abony :</i></u>	NCTC 6017	86 x10 ⁸	99,999%

* Los resultados obtenidos se relacionan únicamente a la muestra y parámetros ensayados.

DESEMPEÑO DE PRUEBA: El medio de cultivo utilizado corresponde a PC. Marca y no. de lote Bioxon y 3196207

El porcentaje obtenido para la promoción de crecimiento es del 102,79%

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

C.V.(%): N/A

ENSAYO DE APTITUD

C.V.(%): N/A

OBSERVACIONES: Un germicida debe de tener un % de reducción de la cuenta viable del 99,999% en 30 seg. de contacto.

El porcentaje de recobro en la prueba de promoción de crecimiento del medio utilizada para la prueba.

Análisis reportado en la libreta EBAAG/050062, pag. 327

REFERENCIA: NMX-BB-040-SCFI-1999.**AUTORIZÓ****FIRMA****I.A.LAURA O. GUERRERO VÁZQUEZ.****JEFE DE LABORATORIO.****SELLO**

La interpretación de los datos contenidos en este reporte son responsabilidad del cliente. Este reporte de resultados se relaciona sólo a la muestra indicada y a los parámetros ensayados y no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con la autorización de EBYSOS. EBYSOS no tiene responsabilidad sobre la práctica de recolección de muestra o sobre las limitaciones del método empleado. EFG-002

EBYSOS, S.A. DE C.V.

Calzada del Hueso No.840 Int. 3 (3er. Piso), Col. Hacienda de Coyoacan, 04970, México,D.F. Tel. 55947103

AT°N. Clientes Int.1 (1er. Piso) Tel. 5671 2176

corsoportecnico@ebysos.com

www.ebysos.com

REV. *W. Soto*
Pag. 1/1